

・計器用変圧器の比誤差・位相角の試験点

確度階級	0.25Vn	1.0Vn	1.1Vn	JIS C1731-2
0.1級	○	○	○	
0.2級	○	○	○	
0.5級		○		
1.0級		○		

Vnは定格一次電圧を表す

試験周波数：60Hz

試験負担：定格負担と定格負担の25%の負担

負担力率は0.8遅れ電流とする

但し、0.1級、0.2級は負担力率は1.0とする